

## HLD CLEAN CONSULT SA

Champs-Montants 14 b, CH-2074 Marin  
Tél. 032 755 73 53, Fax 032 755 73 55  
Email : [info@hld.ch](mailto:info@hld.ch) Website : [www.hld.ch](http://www.hld.ch)




### REF. MM20-099

Masque de protection 3 plis  
Type IIR  
SWISS MADE  
Résistant aux projections de liquide  
biologique  
BFE > 99%  
EN 14683  
Certifié CE  
3 couches  
Barrette en titane  
50 pièces / boîte



**Masque à usage médical certifié CE**  
**Dispositif médical de classe I selon la Directive 93/42/CEE**  
**Conforme aux exigences de la norme EN 14683:2019 Type IIR**  
**Efficacité de filtration bactérienne (BFE) ≥ 98 %**  
**Très haute filtration**  
**Étanche, réduit l'exposition de l'utilisateur au sang et à d'autres liquides organiques**  
**Résistant aux fluides**

### DESCRIPTION TECHNIQUE



N°	Description	Typ	Dimensions
1	Tissu interne	Spun-bond (PP) Non woven, Bleu	25gr/ cm2
2	Tissu externe	Spun-bond (PP) Non woven, Blanc	25gr/ cm3
3	Filtre	Melt blown (PP) BFE 99%	25gr/ cm4
4	Barette nasale	(PP), Titan	3.00 x 0.50 mm
5	Elastique auriculaire	Polyester, Polyuréthan	Ø 3.00 mm