

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01210**

Artikel-Bezeichnung **SKY BASIC PLUS**
Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, hellblau, unsteril

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	☐ Latex	☒ Nitril	☐ Vinyl	☐ Polyethylen (PE)	☐ Baumwolle
Farbe	☐ weiß	☒ blau	☐ mint	☐ schwarz	☐ mix
Eigenschaft	☐ gepudert	☒ puderfrei	☒ nicht steril	☒ Passform beidhändig	
Oberfläche	☐ angeraut	☒ angeraute Fingerspitzen	☐ gehämmert	☒ innen chloriert	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	< 80 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,04 mm	0,05 mm	0,06 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☒ Kategorie III	☐ kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	☒ Klasse 1	☐ Klasse 2a	☐ Klasse 2b	☐ Klasse 3	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☐ kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					☒ ja	☐ nein	

NORMUNG						
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz
Level	nicht anwendbar					
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	ISO 374-1 / Typ B 
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	-42,9 %	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	2	> 30 min	22,8 %	
EN 374-4:2013 Degradation	Formaldehyd 37%	T	3	> 60 min	5,0 %	KPT 
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B					EN ISO 1745-5:2016 
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010					
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4					EN 455
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL <1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)					AQL 1.5

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Dacarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level	5	5	5	5	5	5	5

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01210**

Artikel-Bezeichnung **SKY BASIC PLUS**
Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, hellblau, unsteril

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterperpackung	200	
EAN Unterverpackung Gr. XS	4044941009407	
EAN Unterverpackung Gr. S	4044941009421	
EAN Unterverpackung Gr. M	4044941009445	
EAN Unterverpackung Gr. L	4044941009469	
EAN Unterverpackung Gr. XL	4044941009483	
EAN Unterverpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XS	15570252	
PZN Unterverpackung Gr. S	15570217	
PZN Unterverpackung Gr. M	15570200	
PZN Unterverpackung Gr. L	15570186	
PZN Unterverpackung Gr. XL	15570223	
PZN Unterverpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	240 mm	
Breite	128 mm	
Höhe	80 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	520 g	580 g
S	580 g	640 g
M	640 g	700 g
L	740 g	800 g
XL	840 g	900 g
XXI	-	-



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4044941009414	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941009438	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941009452	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941009476	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941009490	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	415 mm	
Breite	265 mm	
Höhe	250 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	5.800 g	6.300 g
S	6.400 g	6.900 g
M	7.000 g	7.500 g
L	8.000 g	8.500 g
XL	9.000 g	9.500 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	6	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	190 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	265 kg	290 kg
S	290 kg	315 kg
M	315 kg	340 kg
L	357 kg	382 kg
XL	399 kg	424 kg
XXL	-	-

Rev.-Nr.: 4
Datum: 03. 02. 2020