

M21001-10 **MASQUE MEDICAL**
M21101-10 **OP AIR-10® / Type II à lanières**
M21201-10 **Dispositif Médical de Classe I**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Média haute filtration (polypropylène)
- Lanières et bordures du masque en non-tissé très doux
- Pliage anatomique limitant les fuites au visage
- Barrette nasale anti-buée intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Production en salle propre ISO 8 (contrôle particulière et microbiologique)

Préconisations :

- Utilisation par le personnel du bloc opératoire pour les chirurgies, sans risque identifié pour le porteur (projection de liquides biologiques)
- Adapté aux chirurgies longue durée
- Un masque souillé durant l'intervention doit être changé



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : **Masque médical Op Air-10® – Type II à lanières**
 Type de produit : À usage unique, non-stérile
 Couche int : Thermobond polypropylène Hypoallergénique blanc
 Filtre : Complexe PP (Meltblown + Spunbond)
 Lien : Lanières
 Dimension : 95 x 175 mm (± 5 mm)
 Poids unitaire : 3,2 g (± 10%)
 Conditionnement : Boite distributrice de 50 unités
 Origine : France

Article	Couleur
M21001-10	Blanc
M21101-10	Bleu
M21201-10	Vert



Données de Filtration et Confort - NF EN 14683:2014 Type II

Mesures réalisées par le laboratoire NELSON (rapport disponible sur demande)

Données	Niveau exigé	Nom du laboratoire	Numéro de rapport	Date du Rapport	Moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
EFFICACITE DE FILTRATION: BFE (%)	98	NELSON	1033927-S01	16/04/2018	98,66	98,2	99,0
DELTA P (Pa/cm²)	29,4	NELSON	1033927-S01	16/04/2018	16,34	15,6	17,5
PFE PARTICULE 0,1µm (%)		NELSON	614275	16/01/2012	98,96	98,9	99,0
DUREE D'UTILISATION: BFE		NELSON	1033927-S01	16/04/2018	4H: BFE = 98,20%		

Données Microbiologiques (Mesures réalisées par le laboratoire MICROSEPT)

Evaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes EN 14683: 2014 & NF EN 11737: 2006
 Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques, sur demande

M21001-10**MASQUE MEDICAL****M21101-10****OP AIR-10® / Type II à lanières****M21201-10****Dispositif Médical de Classe I****Evaluation Biologique - NF EN 14683:2014**

	Référentiel	Niveau exigé	Laboratoire	Numéro de rapport	Date du Rapport	Résultats
Test d'irritation cutanée	ISO 10993-10	non irritant	NAMSA	231037	21/06/2017	non irritant
Cytotoxicité	ISO 10993-5	absence de cytotoxicité	NELSON	1030858-S01	22/03/2018	absence de cytotoxicité
Sensibilisation	ISO 10993-10 et -10A	voie topique: non sensibilisant	NAMSA	231038	19/07/2017	voie topique: non sensibilisant
		voie intradermique: non sensibilisant				Voie intradermique: non sensibilisant

CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE

Fabriqué sous un système certifié EN ISO 13485

Conforme aux normes harmonisées applicables EN 14683 et EN ISO 14971

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de vie du produit : 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette
M21001-10 M21101-10 M21201-10	333 x 300 x 228	1,6	72 cartons (8 couches de 4 cartons + 5 couches de 8 cartons)

Caractéristiques boîte distributrice

Taille mm	QTE
210 x 104 x 140	6 boîtes distributrices de 50 pièces



Codes EAN

Article	Carton	Boîte distributrice
M21001-10	3 662 036 002 990	3 662 036 000 347
M21101-10	3 662 036 003 010	3 662 036 000 361
M21201-10	3 662 036 003 034	3 662 036 000 385

